# Saltea vacuum RedVac

# Instructiuni de utilizare

## Scop:

Salteaua vacuum RedVac este utilizata pentru a fixa si imobiliza pacientii suspecti de a avea fracturi ale coloanei sau extremitatile (maini, picioare) ranite sau rupte. Utilizarea ei este limitata la asistenta preclinica si prima faza a interventiei inainte de internare. Salteau Red Vac nu este destinata pentru imobilizarea permanenta – cum este cazul in utilizarea gipsului. Ranile deschise vor fi sterilizate si tratate inainte de aplicarea saltelei , conform standardelor in vigoare privind tratarea ranilor.

## Aplicare:

Salteaua RedVac este un produs cu destinatie medicala care poate fi utilizata doar de catre personalul medical care a fost instruit si antrenat pentru lucrul cu acest tip de produs. Aplicarea acesteia trebuie facuta in concordanta cu recomandarile si instructiunile medicale curente, recunoscute.

Tratarea ranilor deschise si escoriatiilor se va face in concordanta cu recomandarile curente privind tratamentele aseptice si necesita o acoperire cu material steril.

Mutarea pacientului va fi efectuata cu atentie folosind echipamente adecvate(de ex targa lopata, etc) cu respectarea recomandarilor curente in domeniu. Pentru a fixa salteaua inchideti centurile si strangeti curelele.

Pentru a evacua aerul din saltea, valvele trebuia sa fie inchise. Se va avea grija ca sa se fixeze furtunul de la pompa pentru evacuarea aerului in orificiul prevazut cu valva al saltelei, astfel incat aerul sa poata fi absorbit (evacuat) din saltea.

Cand a fost obtinuta rigiditatea dorita desfaceti furtunul de evacuare a aerului din valva

Verificati salteaua pentru a vedea daca aceasta este inchisa etans si asigura confortul necesar pentru pacient.

## Curatare, intretinere si dezinfectie:

Salteaua vacuum poate fi poate fi curatata cu ajutorul apei si detergentului. Curatarea mecanica ce poate deteriora suprafata saltelei trebuie evitata.

Dezinfectati exclusiv folosind solutie pe baza de alcool (etanol/propanol). Daca utilizati alte clase de substante exista posibilitatea ca acestea sa conduca la la deteriorari ireversibile ale suprafetei sau materialelor. Nu utilizati solventi!

Dupa curatare, salteaua trebuie sa fie uscata cu grija.

## Depozitare:

Salteaua trebuie depozitata in locuri aerisite si uscate.

## Reutilizare:

Produsul poate fi utilizat daca materialul este nederiorat iar functiunile sale sunt intacte. Inainte de utilizare trebuie verificata starea saltelei. Doar produsele ce sunt in perfecta stare de functionare si in conditii igienice corespunzatoare pot fi utilizate.

Producator: Kohlbrat & Bunz GmbH,

Loretostrasse 4-8, A-5550 Radstadt?Austria

# VM820E & VM820E1

## Saltele vacuum pentru sistemul medical de urgență

*Sistemul multicameral (VM820E) păstrează granulele din interior în poziția corectă și face ca aplicarea să fie una ușoară și rapidă*





*Exterior durabil din TPU (poliuretan thermoplastic), ușor de curățat și dezinfectat. Partea roșie din exterior este fabricată din țesătură dublu fațetată cu strat TPU. Partea interioară albastră este acoperită de un strat TPU bio-compatibil.*



*Valvă automată, robustă, ce se adaptează oricărui tip de pompă.*



*Material moale și plăcut în contact cu pacientul*

*Mânerele detașabile și ergonomice, potrivite transportului greu, sunt ușor de curățat, repoziționat și înlocuit, la nevoie.*



*Centurile pentru asigurare pacient beneficiază de un cod unic de culori, sunt ajustabile din ambele laterale, ușor de curățat, repoziționat sau înlocuit.*



*Profilul unic subțire necesită cel mai mic spațiu de stocare.*

*O etichetă indestructibilă cu numărul de serie individual și data fabricației este cusută pe fiecare produs în parte. Opționale sunt etichetele cu indicator de proprietate si logo-ul distribuitorului.*



ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ
SALZBURG

RedVac
CE
SN: VA14X0190023
www.RedVac.com
-2009

*Saltelele cu dimensiuni de 80 x 200 cm au nevoie de 80 x 45 x 25 cm spațiu de stocare*

*VM820E e certificată CE, este în conformitate cu EN1865 și este compatibilă cu razele X, dar și cu scanările CT și RMN.*

CE

| | |
|---|---|
| | **VM820E, 30 camere interne**<br>**VM820E1, 1 cameră internă**<br>Lățime: 80 cm.<br>Lungime: 200 cm.<br>Greutate: aprox. 5,5 kg.<br>Mânere laterale: 4 buc.<br>Centuri pacient: 4 buc. |
|  | **FP01**<br>Pompă de picior<br>Material: plastic dur<br>Lungime: 43 cm.<br>Lățime: 11 cm.<br>Greutate: 0,95 kg. |
|  | **9022**<br>Kit de reparație |

KOHLBRAT & BUNZ

Medical systems

# Sistemul de Management al Calității conform EN ISO 9001: 2008 și SR EN ISO 13485: 2003 certificat de TÜV Austria

RedVac fabricat de

KOHLBRAT & BUNZ GMBH
A-5550 Radstadt Austria
T: +43 (0)6452 7193 0 F: +43 (0)6452 7193 51
info@redvac.com www.RedVac.com